

Tak for hjælpen! Din hjertestarter har været brugt.

Med tidlig hjerte-lunge-redning, opkald til 112 og brug af hjertestarter er der givet den bedste mulige hjælp og mulighed for overlevelse.

Hjertestarteren er IKKE klar til brug

Hjertestarteren skal kontrolleres og eventuelt klargøres med nye støde-elektroder og batterier.

Kontakt producent eller forhandler for yderligere oplysninger.

Hvis hjertestarteren er tilmeldt på hjertestarter.dk kan regionens 112 AMK-Vagtcentral henvise til den ved hjertestop.

Er den ikke allerede tilmeldt – så overvej det gerne, og hjælp med at redde liv.

Se mere information på hjertestarter.dk.

REFUSION AF UDGIFTER TIL NYE STØDE-ELEKTRODER EFTER BRUG AF HJERTESTARTEREN

Hvis Regionens 112 AMK-Vagtcentral har henvist til hjertestarteren, kan udgiften til **nye støde-elektroder** refunderes.

På www.virk.dk under Fakturablanketten skal der oprettes en elektronisk faktura til Region Hovedstaden. Der skal bruges NEM-ID til at logge på.

Fakturabeløbet skal være elektroder (+ moms for private) + fragt – øvrige udgifter refunderes ikke.

Faktura fra leverandøren skal vedhæftes den elektroniske faktura.

Oplysningerne til den elektroniske faktura fremgår herunder:

GLN/EAN-nummer	5798001067881	Myndighed	Akutberedskabet
CVR-nummer	29190623	Vejnavn og nr.	Telegrafvej 5, opg 2.
Fakturanummer	Fortløbende / vælg selv	Postnummer	2750 Ballerup
Leverandør	Dine oplysninger	Vedhæft fil	Indskannet faktura fra leverandør
Personreference	Martin Fjordholt		
Besked	Angiv hvor og hvornår hjertestarteren har været i brug:		